



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO**

NOTAS DE ESCLARECIMENTOS

TOMADA DE PREÇO Nº 95/2012

Para o item 1, monitor multiparamétrico para UTI obrigatório débito cardíaco, SPO2, PAM (pressão evasiva), realizar inserção.

Para o item 2, monitor cardíaco a tela poderá ser de 12 ou 13 polegadas.

**Fernando Antônio Rodrigues de Almeida
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRESIDENTE**