

DESPACHO		REFERENTE AO DOCUMENTO	FOLHA
NÚMERO	EXERCÍCIO		
079	2023	PROCESSO 2178/2023	RUBRICA

Ao GEGOV/CGC

Seguem as considerações:

Item 1 – o equipamento **não atende** ao edital. Não houve comprovação que o equipamento está de acordo com o “*item 1.1.8 – Deve possuir proteção contra derramamento de líquidos*”.

Item 2 - o equipamento **não atende** ao edital. Não houve comprovação que o equipamento está de acordo com o “*item 1.1.8 – Deve possuir proteção contra derramamento de líquidos*”.

Volta Redonda, 24 de maio de 2023.

Atenciosamente

Edvaldo Luiz Silva  
Diretor Presidente