



## **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021**

EMPRESA: COMERCIAL CONKAST

SAH
PROC. Nº 667/21
FLS Nº 75
RÚBRICA FUNC.

### **PEDIDO:**

Solicitamos por meio deste esclarecimento para o item descrito abaixo:

- >
- >
- > Item 01 - Carros maca hospitalar, com grade totalmente em aço inox, estrutura em tubo redondo inox 32 x 1,2mm, leito
- >
- > removível em chapa de aço inox 0,75mm com cabeceira regulável através de cremalheira, cinto de segurança com
- >
- > engate rápido em PVC. O carro maca deverá vir acompanhado com colchão. Grades com tombamento 22x22x1,2mm suporte de soro
- >
- > removível. Pára-choque de borracha em toda volta, quatro rodízio de 125mm sendo dois em diagonal com freio.
- >
- > Com barra reforçada a toda volta na parte de cima e embaixo. Capacidade de carga:150kg até 180Kg. Garantia Mínima de 12 meses contra defeito de fabricação
- >
- >
- > Com Registro ANVISA.
- >
- >
- >
- > Desconhecemos este modelo de carro maca com cinto de segurança com engate rápido em PVC, este acessório normalmente é aplicado em carro maca de alumínio que são utilizados em ambulâncias.
- >
- > Dessa forma gostaríamos de saber se está correto a aplicação deste acessório, caso esteja, favor nos informar modelo e marca de produto que possua descrição similar a esta e/ou imagem deste produto para que assim possamos verificar do que se trata. E também maiores informações acerca deste componente cinto de segurança como: medida, local de aplicação e material de confecção das tiras do cinto.

### **RESPOSTA:**

Conforme resposta da Assessoria Técnica de Manutenção/SAH, segue:



**SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR**  
Hospital São João Batista  
RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 235-COLINA-VOLTA REDONDA-RJ  
CEP: 27.253-610 - CNPJ: 29.063.294/0001-82 - TEL.: (24) 3339-4242  
e-mail: sah@hsjb.org.br - www.portalvr.com/hsjb



Prezado,

Em resposta ao pedido de esclarecimento referente ao pregão 24/2021 informo: No mercado existe sim, maca Com cinto de segurança normalmente mas de alumínio destinada a uso em ambulâncias neste caso por ser maca para uso interno no Hospital fica abolido desta cotação a necessidade do cinto de segurança.  
Att.

Claudia Freitas

**PREGOEIRA:**

Trata-se de um erro material, onde o processo todo foi instruído com o descritivo "sem cinto", e somente na elaboração do edital consta "com cinto" o que não altera o resultado das cotações. Sendo assim, o edital será republicado e retificado com as devidas alterações.

Data: Fri, 8 Oct 2021 15:16:15 -0300 [08-10-2021 15:16:15 GMT+3]

De: Claudia Freitas <claudia.freitas@hsjb.org.br>

Para: fabiana.figueira@voltaredonda.rj.gov.br

Assunto: RES: Enc: RES: ESCLARECIMENTO - P.E. Nº 024-2021 - ITEM 01

Prezado,

Em resposta ao pedido de esclarecimento referente ao pregão 24/2021 informo: No mercado existe sim, maca com cinto de segurança normalmente nas de alumínio destinada a uso em ambulâncias neste caso por ser maca para uso interno no Hospital fica abolido desta cotação a necessidade do cinto de segurança.

Att.

Claudia Freitas

-----Mensagem original-----

De: fabiana.figueira@voltaredonda.rj.gov.br

[mailto:fabiana.figueira@voltaredonda.rj.gov.br]

Enviada em: sexta-feira, 8 de outubro de 2021 07:57

Cc: claudia.freitas@hsjb.org.br; n.valle@equipacare.com.br

Assunto: Re: Enc: RES: ESCLARECIMENTO - P.E. Nº 024-2021 - ITEM 01

Bom dia!

Algum retorno?

O prazo para resposta é HOJE.

Citando fabiana.figueira@voltaredonda.rj.gov.br:

> Bom dia!

>

> Segue pedido de esclarecimento referente ao pregão nº 24/21.

>

>

> Aguardo retorno

>

> Fabiana

>

----- Mensagem encaminhada de comercial01@conkast.com.br -----

> Data: Wed, 6 Oct 2021 13:25:53 -0300

> De: comercial01@conkast.com.br

> Endereço para Resposta (Reply-To): comercial01@conkast.com.br

> Assunto: RES: ESCLARECIMENTO - P.E. Nº 024-2021 - ITEM 01

> Para: Fabiana.figueira@voltaredonda.rj.gov.br

>

>

>

>

> De: comercial01@conkast.com.br <comercial01@conkast.com.br>

> Enviada em: segunda-feira, 4 de outubro de 2021 14:33

> Para: 'Fabiana.figueira@voltaredonda.rj.gov.br'

> <Fabiana.figueira@voltaredonda.rj.gov.br>

> Assunto: ESCLARECIMENTO - P.E. Nº 024-2021 - ITEM 01

> Prioridade: Alta

>

>

>

> Boa tarde,

>

>

>

> Solicitamos por meio deste esclarecimento para o item descrito abaixo:



