



Processo	Folha

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2022

DE: VANESSA YOSHIDA

EMPRESA: WEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA

PEDIDO:

ESCLARECIMENTO Nº 01:

Qual o número de CNPJ, que fará a aquisição dos bens da presente licitação?

RESPOSTA:

29.063.294/0001-82

ESCLARECIMENTO Nº 02:

Através de análise ao descritivo técnico publicado para o **item 1 (BISTURI ELÉTRICO)**, verificamos que está sendo exigido:

"DEVE POSSUIR CONEXÃO PARA ACIONAMENTO DE DETECTOR DE FUMAÇA"

Verificamos que a exigência destacada está fora do contexto do restante da descrição técnica. Por este motivo queremos esclarecer se tal exigência foi adicionada por engano no descritivo técnico?

RESPOSTA:

Conforme resposta da Assessoria técnica do Hospital São João Batista/SAH, segue:

Boa tarde!

Conexão com acionamento de detector de fumaça, informamos que pode ser desconsiderada essa exigência que consta no descritivo.

Cláudia Maria Freitas de Amorim
Assessora Técnica

Volta Redonda, 30 de maio de 2022.

Sandra Pinto Barra
Pregoeira – SAH



Processo	Folha

Pedido de Esclarecimento PE nº 081/2022 - HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA E O MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA

Caixa de entrada



Yoshida,
Vanessa <vanessa.yoshida@medtronic.com>

24 de mai. de 2022 18:20 (há 6 dias)

para Sandrabarra335@gmail.com, Lucas, Washington

Boa noite,

Prezada Comissão de Licitações

A empresa **WEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.**, fabricante de bisturis eletrônicos da marca WEM, inscrita no CNPJ nº 54.611.678/0001-30, estabelecida no município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Rua Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 550 – Parque Industrial da Lagoinha – CEP 14095-120, interessada em participar no processo licitatório em referência, vem por meio deste **solicitar esclarecimentos** no que tange ao referido processo bem como descritivo técnico publicado para o **Item 1 (Bisturi Elétrico)** do Edital que segue anexo.

ESCLARECIMENTO Nº 01:

Qual o número de CNPJ, que fará a aquisição dos bens da presente licitação?

ESCLARECIMENTO Nº 02:

Através de análise ao descritivo técnico publicado para o **item 1 (BISTURI ELÉTRICO)**, verificamos que está sendo exigido:

"DEVE POSSUIR CONEXÃO PARA ACIONAMENTO DE DETECTOR DE FUMAÇA"

Verificamos que a exigência destacada está fora do contexto do restante da descrição técnica. Por este motivo queremos esclarecer se tal exigência foi adicionada por engano no descritivo técnico?

Assim, ante o exposto requer seja prestados os esclarecimentos acima elencados para fins de sanar e corrigir eventuais exigências contidas no descritivo técnico publicado para o **item 1 (BISTURI ELÉTRICO)**

Indubitavelmente, o presente pedido de esclarecimento tem o condão de esclarecer todas as dúvidas necessárias, resultando assim, na oferta da proposta mais vantajosa para esta R. Administração, conseqüentemente, atendendo suas necessidades tecnicamente e economicamente.

Ficamos no aguardo da resposta ao nosso pedido de esclarecimento



SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR
Hospital São João Batista
RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 235-COLINA-VOLTA REDONDA-RJ
CEP: 27.253-610 - CNPJ: 29.063.294/0001-82 - TEL.: (24) 3339-4242
e-mail: sah@hsjb.org.br - www.portalvr.com/hsjb



Processo	Folha

Atenciosamente,

Vanessa Ferreira Aguiar Yoshida
Analyst | Bid & Tenders
Pronomes: Ela/Dela, Ela/Dela, Elas/Delas

Medtronic
Av. Jornalista Roberto Marinho, 85, 11º andar | São Paulo, SP, 04576-010 | Brasil Fax 55 11
2187-6001 vanessa.yoshida@medtronic.com medtronicbrasil.com.br | Facebook | LinkedIn
| Twitter | YouTube
**LET'S TAKE HEALTHCARE
FURTHER, TOGETHER**