



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021

DE: CELESTE APARECIDA CAMARGO DE BARONE

EMPRESA: INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA EPP

PEDIDO:

Solicito esclarecimentos acerca do descritivo dos itens abaixo (enxertos de PTFE).

A especificação "estrutura em anéis concêntricos" descreveria a própria fita que constitui a prótese, mas existem o modelo "liso" e o modelo "anelado" desses enxertos. Qual seria o modelo pretendido?

RESPOSTA:

Conforme resposta do Coordenador do Almoxarifado/SAH, segue:

Bom dia!

Confirmei com centro cirúrgico. PTFE "Liso"

Volta Redonda, 20 de Agosto de 2021.

Fabiana Teodoro Figueira
Pregoeira/CPL/SAH

Bom dia!

Confirmei com centro cirúrgico. PTFE "Liso"

Em qui., 19 de ago. de 2021 às 17:54, <fabiana.figueira@voltaredonda.rj.gov.br> escreveu:

----- Mensagem encaminhada de operacional@barone.med.br -----
Data: Thu, 19 Aug 2021 16:42:34 -0300
De: Indústrias Barone - OPERACIONAL <operacional@barone.med.br>
Endereço para Resposta (Reply-To): Indústrias Barone - OPERACIONAL <operacional@barone.med.br>
Assunto: Esclarecimento - Pregão Eletrônico 9/2021 - Especificações técnicas
Para: Fabiana.figueira@voltaredonda.rj.gov.br

Boa tarde

Solicito esclarecimentos acerca do descritivo dos itens abaixo (enxertos de PTFE).

A especificação "estrutura em anéis concêntricos" descreveria a própria fita que constitui a prótese, mas existem o modelo "liso" e o modelo "anelado" desses enxertos. Qual seria o modelo pretendido?

Empresa solicitante: INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA EPP

CNPJ: 04.040.383/0001-82

TELEFONE: 19 3238-8615/6237

RESPONSÁVEL: CELESTE APARECIDA CAMARGO DE BARONE

Atenciosamente,
--

Karol Lemos
tel +55 19 3238 8615
fax + 55 19 3238 6237
www.barone.med.br

--

----- Final da mensagem encaminhada -----

Boa tarde

Solicito esclarecimentos acerca do descritivo dos itens abaixo (enxertos de PTFE).

A especificação "estrutura em anéis concêntricos" descreveria a própria fita que constitui a prótese, mas existem o modelo "liso" e o modelo "anelado" desses enxertos. Qual seria o modelo pretendido?

.

Empresa solicitante: INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA EPP

CNPJ: 04.040.383/0001-82

TELEFONE: 19 3238-8615/6237

RESPONSÁVEL: CELESTE APARECIDA CAMARGO DE BARONE

Atenciosamente,

--

Karol Lemos
tel +55 19 3238 8615
fax + 55 19 3238 6237
www.barone.med.br