

Pregão Eletrônico

926850.822020 .6597 .4399 .57640



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS/PMVR

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Nº 00082/2020 (SRP)

Processo Nº	Folha
187/20	283
4	

Às 09:01 horas do dia 09 de dezembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 0198/2020 de 05/11/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0187/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00082/2020. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de equipos, com cessão em regime de comodato de bombas de infusão para atender Rede Assistencial de Urgência e Emergência da SMS/PMVR. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - GRUPO 1**Descrição:** EQUIPO BOMBA INFUSORA**Descrição Complementar:** EQUIPO BOMBA INFUSORA, TIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL PVC CRISTAL, TIPO CÂMARA CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR, TIPO GOTEJADOR GOTA PADRÃO, TIPO PINÇA REGULADOR DE FLUXO E CORTA FLUXO, TIPO CONECTOR CONECTOR ESCALONADO P/ SONDA CTAMPA, TIPO BOMBA PERISTÁLTICA LINEAR, ESTERELIDADE ESTÉRIL,DESCARTÁVEL**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 7.200**Valor Estimado:** R\$ 28,7600**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 28,7000 e com valor negociado a R\$ 28,0000 e a quantidade de 7.200 Unidade .**

Item: 2 - GRUPO 1**Descrição:** EQUIPO BOMBA INFUSORA**Descrição Complementar:** EQUIPO BOMBA INFUSORA, TIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL PVC CRISTAL, TIPO CÂMARA CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR, TIPO GOTEJADOR GOTA PADRÃO, TIPO PINÇA REGULADOR DE FLUXO E CORTA FLUXO, TIPO INJETOR DERIVAÇÃO P/ LAVAGEM E INFUSÃO, LUER LOCK C/ TAMP A, TIPO CONECTOR CONECTOR ESCALONADO P/ SONDA C/ TAMP A, ESTERELIDADE ESTÉRIL,DESCARTÁVEL**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 7.200**Valor Estimado:** R\$ 29,1400**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 29,0000 e com valor negociado a R\$ 28,7000 e a quantidade de 7.200 Unidade .**

Item: 3 - GRUPO 1**Descrição:** EQUIPO BOMBA INFUSORA**Descrição Complementar:** EQUIPO BOMBA INFUSORA, TIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL PVC CRISTAL, TIPO CÂMARA CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR, TIPO GOTEJADOR GOTA PADRÃO, TIPO PINÇA REGULADOR DE FLUXO, TIPO CONECTOR CONECTOR ESCALONADO P/ SONDA C/ TAMP A, ESTERELIDADE ESTÉRIL,DESCARTÁVEL**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1.200**Valor Estimado:** R\$ 25,6500**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 25,5000 e com valor negociado a R\$ 25,0000 e a quantidade de 1.200 Unidade .**

Item: 4 - GRUPO 1**Descrição:** EQUIPO BOMBA INFUSORA**Descrição Complementar:** EQUIPO BOMBA INFUSORA, TIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL ISENTA DE PVC, TIPO CÂMARA CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL C/ FILTRO DE AR, TIPO GOTEJADOR GOTA PADRÃO, TIPO PINÇA CORTA FLUXO, TIPO INJETOR INJETOR LATERAL EM 'T', TIPO CONECTOR CONECTOR ESCALONADO P/ SONDA C/ TAMP A, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ADAPTADOR ROSQUEADO, ESTERELIDADE ESTÉRIL,DESCARTÁVEL**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 800**Valor Estimado:** R\$ 26,7200**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 26,6000 e com valor negociado a R\$ 26,0000 e a quantidade de 800 Unidade .**

Relação de Grupos

GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 469.036,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 467.320,0000 e com valor negociado a R\$ 459.040,0000 .**

Itens do grupo:

- 1 - EQUIPO BOMBA INFUSORA
- 2 - EQUIPO BOMBA INFUSORA
- 3 - EQUIPO BOMBA INFUSORA
- 4 - EQUIPO BOMBA INFUSORA

Histórico

Item: 1 - GRUPO 1 - EQUIPO BOMBA INFUSORA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
58.426.628/0001-33	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	7.200	R\$ 28,7600	R\$ 207.072,0000	08/12/2020 17:07:52

Marca: SAMTRONIC

Fabricante: SAMTRONIC

Modelo / Versão: MILSET® EM 0421 0000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipo marca SAMTRONIC desenvolvido para uso exclusivo em bomba de infusão peristáltica SAMTRONIC modelo ST1000 SET, comprimento total aproximado de 2,40 metros ($\pm 10\%$), volume de prime de aproximadamente 14,0 mL, com câmara gotejadora flexível com ponta perfurante universal, filtro de retenção de partículas de 15 μm e entrada de ar lateral com filtro hidrofóbico bacteriológico de 0,22 μm e tampa protetora, tubo de PVC cristal, conjunto intermediário de silicone, injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante, pinça rolete e luer lock retrátil com tampa protetora com filtro de membrana hidrofóbica de 1,2 μm . Fabricado em PVC translúcido, atóxico, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data e tipo de esterilização e prazo de validade. Produto contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido, fabricado e certificado conforme norma ABNT NBR ISO 8536-8. Uso exclusivo em bomba SAMTRONIC modelo ST1000 SET. Utilização em terapia parenteral. Registro M.S. 10188530058 PRAZO DE VALIDADE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 28,7600	58.426.628/0001-33	09/12/2020 09:01:46:137
R\$ 28,7000	58.426.628/0001-33	09/12/2020 09:32:05:940

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	14/12/2020 14:58:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 58.426.628/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 28,7000.
Negociação de valor	14/12/2020 15:00:59	Alteração na negociação do valor. Fornecedor: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 58.426.628/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 28,7000 e com valor negociado a R\$ 28,0000. Motivo: APÓS ETAPA DE LANCES, VALOR NEGOCIADO
Habilitado	14/12/2020 15:01:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 58.426.628/0001-33

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 2 - GRUPO 1 - EQUIPO BOMBA INFUSORA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
58.426.628/0001-33	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	7.200	R\$ 29,1400	R\$ 209.808,0000	08/12/2020 17:07:52

Marca: SAMTRONIC
Fabricante: SAMTRONIC
Modelo / Versão: MILSET® EM 0323 0000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipo marca SAMTRONIC, para infusão de nutrição enteral, desenvolvido para uso exclusivo em bomba de infusão peristáltica SAMTRONIC modelo ST1000 SET, comprimento total aproximado de 2,37 metros ($\pm 10\%$), volume de prime de aproximadamente 15,0 mL, com câmara gotejadora flexível com ponta perfurante universal e entrada de ar lateral com filtro hidrofóbico bacteriológico de 0,22 μm com tampa protetora, tubo de PVC roxo/lilás, conjunto intermediário de silicone, pinça rolete e conector de nutrição enteral com tampa com alça*. Fabricado em PVC translúcido, atóxico, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data e tipo de esterilização e prazo de validade. Produto contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido e fabricado conforme norma ABNT NBR ISO 8536-8. Uso exclusivo em bomba SAMTRONIC modelo ST1000 SET. Utilização em terapia enteral. * desenvolvido de acordo com a norma internacional EN 1615 - Enteral feeding catheters and enteral giving sets for single use and their connectors - Design and testing. Registro M.S. 10188530063 PRAZO DE VALIDADE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.

Processo nº 187/20	Folha 284
-----------------------	--------------

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 29,1400	58.426.628/0001-33	09/12/2020 09:01:46:137
R\$ 29,0000	58.426.628/0001-33	09/12/2020 09:32:15:163

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	14/12/2020 14:58:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 58.426.628/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 29,0000.
Negociação de valor	14/12/2020 15:00:59	Alteração na negociação do valor. Fornecedor: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 58.426.628/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 29,0000 e com valor negociado a R\$ 28,7000. Motivo: APÓS ETAPA DE LANCES, VALOR NEGOCIADO
Habilitado	14/12/2020 15:01:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 58.426.628/0001-33

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 3 - GRUPO 1 - EQUIPO BOMBA INFUSORA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
58.426.628/0001-33	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	1.200	R\$ 25,6000	R\$ 30.720,0000	08/12/2020 17:07:52

Marca: SAMTRONIC
Fabricante: SAMTRONIC
Modelo / Versão: MILSET® EM 0422 0000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipo marca SAMTRONIC, para infusão de soluções fotossensíveis, desenvolvido para uso exclusivo em bomba de infusão peristáltica SAMTRONIC modelo ST1000 SET, comprimento total aproximado de 2,40 metros ($\pm 10\%$), volume de prime de aproximadamente 14,0 mL, com câmara gotejadora flexível com ponta perfurante universal, filtro de retenção de partículas de 15 μm e entrada de ar lateral com filtro hidrofóbico bacteriológico de 0,22 μm e tampa protetora, tubo de PVC fotoprotetor, conjunto intermediário de silicone, injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante, pinça rolete e luer lock retrátil com tampa protetora com filtro de membrana hidrofóbica de 1,2 μm . Fabricado em PVC translúcido, atóxico, possui capa protetora para soluções fotossensíveis, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data e tipo de esterilização e prazo de validade. Produto contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido, fabricado e certificado conforme norma ABNT NBR ISO 8536-8. Uso exclusivo em bomba SAMTRONIC modelo ST1000 SET. Utilização com soluções fotossensíveis em terapia parenteral. Registro M.S. 10188530059 PRAZO DE VALIDADE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 25,6000	58.426.628/0001-33	09/12/2020 09:01:46:137
R\$ 25,5000	58.426.628/0001-33	09/12/2020 09:32:24:180

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	14/12/2020 14:58:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 58.426.628/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 25,5000.
Negociação de valor	14/12/2020 15:00:59	Alteração na negociação do valor. Fornecedor: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 58.426.628/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 25,5000 e com valor negociado a R\$ 25,0000. Motivo: APÓS ETAPA DE LANCES, VALOR NEGOCIADO
Habilitado	14/12/2020 15:01:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 58.426.628/0001-33

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 4 - GRUPO 1 - EQUIPO BOMBA INFUSORA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
58.426.628/0001-33	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	800	R\$ 26,7000	R\$ 21.360,0000	08/12/2020 17:07:52

Marca: SAMTRONIC

Fabricante: SAMTRONIC

Modelo / Versão: MILSET® EM 0424 0000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipos marca SAMTRONIC desenvolvido para uso exclusivo em bomba de infusão peristáltica SAMTRONIC modelo ST1000 SET, comprimento total aproximado de 2,40 metros ($\pm 10\%$), volume de prime de aproximadamente 14,0 mL, com câmara gotejadora flexível com ponta perfurante universal, filtro de retenção de partículas de 15 μm e entrada de ar lateral com filtro hidrofóbico bacteriológico de 0,22 μm e tampa protetora, tubo de Poliuretano cristal, conjunto intermediário de silicone, injetor lateral em Y com membrana autocatrizante, pinça rolete e luer lock retrátil com tampa protetora com filtro de membrana hidrofóbica de 1,2 μm . Fabricado com material translúcido, atóxico, isento de PVC e plastificante DEHP, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data e tipo de esterilização e prazo de validade. Produto não contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido, fabricado e certificado conforme norma ABNT NBR ISO 8536-8. Uso exclusivo em bomba SAMTRONIC modelo ST1000 SET. Utilização com soluções incompatíveis com PVC e/ou DEHP, em terapia parenteral (quimioterápicos, por exemplo). Registro M.S. 10188530060 PRAZO DE VALIDADE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 26,7000	58.426.628/0001-33	09/12/2020 09:01:46:137
R\$ 26,6000	58.426.628/0001-33	09/12/2020 09:32:31:223

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	14/12/2020 14:58:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 58.426.628/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 26,6000.
Negociação de valor	14/12/2020 15:00:59	Alteração na negociação do valor. Fornecedor: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 58.426.628/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 26,6000 e com valor negociado a R\$ 26,0000. Motivo: APÓS ETAPA DE LANCES, VALOR NEGOCIADO
Habilitado	14/12/2020 15:01:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 58.426.628/0001-33

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

HISTÓRICO DO GRUPO 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	--------------	--------------------

58.426.628/0001-33 SAMTRONIC
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

Não

Não

-

R\$ 468.960,0000 08/12/2020

17:07:52

Processo Nº 187/20	Folha 285
4	

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Aberto	09/12/2020 09:06:27	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	09/12/2020 09:31:39	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 468.960,0000 e R\$ 468.960,0000.
Encerrada Disputa Fechada	09/12/2020 09:36:39	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	09/12/2020 09:36:39	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/12/2020 09:58:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 58.426.628/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/12/2020 10:16:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 58.426.628/0001-33.
Habilitado	14/12/2020 15:01:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 58.426.628/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Pregoeiro	09/12/2020 09:03:57	Senhores Licitantes, bom dia!
Pregoeiro	09/12/2020 09:04:11	Iniciarei o certame com alguns avisos que julgo FUNDAMENTAIS para o bom andamento do certame. Recomendo total atenção, pois não serão aceitas alegações posteriores referentes ao desconhecimento das regras do Edital.
Pregoeiro	09/12/2020 09:04:20	A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico (CHAT).
Pregoeiro	09/12/2020 09:04:30	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais e de que reúnem todos os requisitos para as suas participações. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção.
Pregoeiro	09/12/2020 09:04:45	Os lances deverão conter 02 (duas) casas decimais para os centavos, conforme prevê o sistema financeiro brasileiro
Pregoeiro	09/12/2020 09:05:16	Pedimos a ATENÇÃO de todos os participantes para só ofertarem seus lances se possuírem TODA a documentação habilitatória exigida no Edital.
Pregoeiro	09/12/2020 09:05:29	Caberá ainda, ao licitante, acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, obrigando-se a responder as solicitações do Pregoeiro via "chat", ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua ausência de manifestação, pela inobservância de quaisquer mensagens emitidas ou de sua desconexão
Pregoeiro	09/12/2020 09:06:27	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/12/2020 09:31:39	A etapa fechada foi iniciada para o item G1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 468.960,0000 e R\$ 468.960,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:36:39 do dia 09/12/2020.
Sistema	09/12/2020 09:36:39	A etapa fechada do item G1 foi encerrada.
Sistema	09/12/2020 09:36:39	O item G1 está encerrado.
Sistema	09/12/2020 09:36:39	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	09/12/2020 09:42:09	Bom dia, Srs. Licitantes, neste momento, iremos negociar o item com o vencedor. Desta forma, solicito encaminhar sua resposta no prazo de 5 minutos a partir do envio de cada mensagem para que possamos agilizar o certame.
Pregoeiro	09/12/2020 09:44:48	Para SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. Licitante, poderia verificar a possibilidade de efetuar uma redução final no lance dos itens?
58.426.628/0001-33	09/12/2020 09:45:36	Bom dia, um momento
Pregoeiro	09/12/2020 09:53:19	Para SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Algum retorno?

58.426.628/0001-33	09/12/2020 09:54:12	Sim, podemos chegar em R\$ 459.040,00
Pregoeiro	09/12/2020 09:56:20	Para SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Agradeço pelo lance.
Pregoeiro	09/12/2020 09:57:12	Senhores Licitantes. Neste momento, iremos CONVOCAR O ANEXO, SOMENTE PARA A PROPOSTA DO VENCEDOR, COM O LANCE READEQUADO, para ser encaminhada para AVALIAÇÃO TÉCNICA. Aguardaremos a documentação para verificação, no prazo de 2 (duas) horas, conforme edital.
Sistema	09/12/2020 09:58:12	Senhor fornecedor SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 58.426.628/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	09/12/2020 10:16:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 58.426.628/0001-33, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	09/12/2020 11:25:25	Srs Licitantes! A proposta anexada será encaminhada para parecer técnico. Dessa forma, o pregão será suspenso e retornaremos assim que obtivermos resposta da análise da proposta. Obrigada! Tenham um bom dia.
Pregoeiro	14/12/2020 14:57:20	Boa tarde Srs Licitantes! Estamos reiniciando o certame com o parecer técnico emitido pela Divisão de Abastecimento/DFMS/SMS/PMVR com a seguinte informação: Informamos que a marca cotada pelo licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar, é a mesma utilizada pela Rede de Saúde atualmente, sendo portanto aceita satisfatoriamente.
Pregoeiro	14/12/2020 14:58:24	Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentados pelo licitante vencedor estão em conformidade com o edital, desta forma, iremos abrir, neste momento, a fase de manifestação intenção de recurso. Após o término do prazo de interpor recurso, encerraremos o certame. Agradecemos a participação de todos, tenham uma boa tarde.
Sistema	14/12/2020 15:01:38	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento
Pregoeiro	14/12/2020 15:01:59	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 14/12/2020 às 15:41:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	14/12/2020 15:01:38	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	14/12/2020 15:01:59	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 14/12/2020 às 15:41:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:54 horas do dia 14 de dezembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Fabiana T. Figueira
FABIANA TEODORO FIGUEIRA
Pregoeiro Oficial

Jose Eduardo Cardoso Coradine
JOSE EDUARDO CARDOSO CORADINE
Equipe de Apoio

Claudio de Alcantara Neves
CLAUDIO DE ALCANTARA NEVES
Equipe de Apoio

Maria Helena Miranda de Aragao
MARIA HELENA MIRANDA DE ARAGAO
Equipe de Apoio

 Imprimir o Relatório

Voltar